

## Vragenbus en Varia,

onder leiding van B. R. BAKKER.

---

In de Deutsche Monatschr. f. Zahnh. Aug. 1912 zegt Paul Schaefer, dat een goede gietgips verkregen wordt door gelijke deelen gips en fijngemalen „Silbersand.” Wat is „Silbersand” en waar is het te verkrijgen?

SMITH.

Naar mijn beste weten is „Silbersand” in 't Hollandsch ook wel zilverzand genoemd, niets dan 't gewone witte duinzand, (schuurzand) waaraan men U te Breda zonder twijfel ook wel zal kunnen helpen.

Hoe desinfecteert men 't beste de injectiespuit (zonder uitkoken);

Tast Lysol de cylinder of zuiger aan, zoodat de spuit gaat lekken.

Persoonlijk handel ik steeds als volgt: een nieuwe spuit wordt altijd eerst uitgekookt; de nieuwe canules zijn steriel. Na dus de spuit in soda te hebben uitgekookt, wordt hij met alcohol goed doorgespoten en is gereed om gebruikt te worden. Na gebruik wordt de canule afgeschroefd, en de resten injectievloeistof uit de spuit zelf door alcohol verwijderd. De canule wordt of weggeworpen of uitgekookt en dan bewaard in half alcohol half glycerine. Uitwendig wordt de spuit mechanisch gereinigd en dan in 2% lysol bewaard,

welke het metaal niet noemenswaard aantast. Voor hem opnieuw te gebruiken, wordt de lysol weer met alcohol verwijderd.

Is er echter reden om aan te nemen, dat cylinder of kolf in aanraking kwam met infectieus materiaal, dan is natuurlijk uitkoken het eenige dat er op zit.

B.

Zijn U meer gevallen bekend als volgende: Ik had een spuit, die iets doorliet en kreeg op mijn pink, op 't onderste gewricht, een paar wonden (net snijwonden) die hevig konden jeuken en niet wilden genezen. Bij 't uitdrijven der lucht uit de spuit kwam meest iets vloeistof (Novocain) langs den vinger. Vermoedend, dat deze de oorzaak was, kocht ik een nieuwe spuit en zonder iets of eenig geneesmiddel, was alles spoedig genezen.

J. BAURICHTER.

Antwoord hierop en ook meerdere (afwijkende) antwoorden op de andere vragen worden gaarne tegemoet gezien.

---