

UIT DE PRACTIJK



EENIGE OPMERKINGEN OVER GOEDE CERVICALE AANSLUITING VAN AMALGAAM VULLINGEN.

Naar aanleiding van het artikel van collega *C. Smits* in het „Tijdschrift voor Tandheelkunde” van December 1932 over boven aangegeven onderwerp, wil ik er in de eerste plaats op wijzen, dat wij collega *Smits* dankbaar moeten zijn, dat hij dit onderwerp nog eens aangesneden heeft, daar wij door discussies met verschillende collegae wellicht nader tot een goede oplossing van dit vraagstuk kunnen komen. Want inderdaad ben ik het met zijn conclusie eens, dat wij er nog niet zijn.

Mijn bedoeling van dit schrijven is, om, ondanks de inderdaad vele voordeelen, te waarschuwen tegen het gebruik van de cervix matrize, of in ieder geval een voorzichtige omgang met deze matrize aan te bevelen.

De cervix matrize is zeer veerkrachtig en het gevaar van los springen en doorslikken is niet denkbeeldig. Men kan dit gevaar ondervangen door er evenals bij de zenuwnaalden met kort handvat, een flinke draad zijdeligatuur aan te binden, waardoor het vlug uit den mond getrokken kan worden.

Geheel afdoende is dit echter ook niet, daar ik het eenige keeren heb medegemaakt, dat een der uitsteeksels los liet en dan kan ook het draadje er gemakkelijk afschieten. Ik geloof dat een stuk extra dun regulatieband met schroefdraad en moertje, aan de rand van de band bevestigd, zooals ook door collega *Smits* beschreven is, inderdaad nog steeds de voorkeur verdient.

B. L. PAERL.

WAARSCHUWING TEGEN HET GEBRUIK VAN VERCHROOMDE NAALDEN.

Door een vergissing van mijn leverancier ontving ik — in plaats van de bestelde roestvrije naalden — eenige verchroomde Akufirm injectienaalden, zelfde dikte en lengte.

Helaas gebruikte ik een naald, en zonder dat zij werd ge-

bogen of wat dan ook, brak zij. Eenige andere naalden uit hetzelfde doosje braken ook onmiddellijk als zij met de punt op een glasplaatje werden gedrukt.

Denkend met een materiaalfout te doen te hebben, stuurde ik eenige naalden aan de fabrikante op. En wie schetst mijn verbazing toen fabrikante in een brief aan mij, er hare verwondering over uitsprak dat ik deze naalden gebruikte

Tevens stuurde zij mij een dissertatie van *Hans Fielitz* over naaldbreuken (1932), waarin n.b. op bldz. 34 en 35 deze zin staat:

„Chrom Stahl Kanüle (Akufirm)

... Die bruchfreudige Kanülen zeigen allerdings schon vor Erreichung ihres Bruch Minimums der Früheren Tabelle einen vorzeitigen Bruch. Es folgt daraus wieder ihre Ablehnung für unsere Zwecke”

Ik hoop, dat men voorzichtig zal zijn met het gebruik van verchromde Akufirm naalden!

J. S. POLAK.

„PULPATOXINE” VOOR DRUKANAESTHESIE.

De heer *Dr. R. P. Offringa*, arts te Rotterdam vestigt de aandacht op bovenstaand middel, vervaardigd door apotheker *H. Metzger* te Freiburg i. Br. als middel tot verwijdering van de blootgelegde pulpa onder drukanaesthesie. Een klein watje, gedrenkt met het middel, een taaie, bruine, stroopachtige vloeistof, welke alypine, amyloform, novocaine, chloralhydraat, trigemine, clauden en enkele bijproducten bevat, wordt op de pulpa gelegd en met weke rubber of Hillstopping afgesloten. Daarop wordt gedurende 15 à 20 minuten een langzaam toenemende druk uitgeoefend, waarna de pulpa, als de bewerking lege artis is geschied, pijnloos verwijderd kan worden. De stypische werking, vermoedelijk van het clauden, voorkomt de anders hinderlijke bloeding. Het is verkrijgbaar bij *Fritz Schmidt*, Freiburg i. Breisgau, Postfach 4; à R.M. 5.50 per portie.